

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้มีการเข้าถึงการตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง อันจะทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก นำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกันที่เหมาะสมอย่างทันที่ ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อให้บุคคลอื่น และลดอุปสรรคการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ รวมถึงได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องและในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่สำคัญและนำไปสู่การยุติปัญหาเอชไอวี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๑๐) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๖/๑ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

“ข้อ ๑๖/๑ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวีประเภทชุดตรวจเพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่างกายตามข้อ ๒ (๑) ชนิดชุดตรวจเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคล แบบชุดตรวจกรองตามข้อ ๓ (๒) (ก) ที่ผู้ผลิตมุ่งหมายสำหรับตรวจด้วยตนเอง (HIV self-testing) เท่านั้น”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข